2014年3月7日（第1版）

医療機器承認番号：22600BZX00092000

機械器具 21 内臓機能検査用器具
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品

RMフローセンサ 成人・小児用 TypeV
RM SU フローセンサ 成人・小児用 TypeV
RM SU フローセンサ 乳児用 TypeV
RMコネクタプラグ TypeV
RMアクセサリーセット 成人・小児用 TypeV

【禁忌・禁止】
接続する生体情報モニタの取扱説明書を参照してください。
再使用禁止
・構成品には単回使用に限るものがある。

【形状、構造及び原理等】
1. 構成



①	RMフローセンサ 成人・小児用 TypeV	HXA-VRM-RFSA
②	RM SU フローセンサ 乳児用 TypeV	HXA-VRM-RSFSI ◆
③	RMコネクタプラグ TypeV	HXA-VRM-RCP
	RMアクセサリーセット 成人・小児用 TypeV ・RMフローセンサ 成人・小児用×1 ・RMコネクタプラグ×1	HXA-VRM-RMKT

◆は単回使用品です。

【使用目的、効能又は効果】
呼吸流量と気道内圧（人工呼吸器などを装着中の患者の口腔内の圧力）を測定して、これから呼吸系コンプライアンス、呼吸抵抗などの換気力学的パラメータを求めます。呼吸流量は、呼吸回路内に挿入したオリフィス前後の圧力差を測定して求めます。気道内圧は、このオリフィスの患者側の圧力を圧力センサによって測定します。

【品目仕様等】
接続する生体情報モニタの取扱説明書を参照してください。

【操作方法又は使用方法等】
添付の取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】
添付の取扱説明書を参照してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
添付の取扱説明書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】
添付の取扱説明書を参照してください。

【包装】
1個単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002　京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地
カスタマサポートセンター
0120-103-203（24時間受付/通話料無料）
外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD.(中国)
シンセン マインドレー バイオメディカル
エレクトロニクスカンパニーリミテッド
販　売　元：オムロンコーリン株式会社
〒112-0002 東京都文京区小石川一丁目12番地14号
日本生命小石川ビル

046-006142-00(1.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4065184-0A